	Sistema de Gestão da Qualidade		
	CERTIFICADO DE ANÁLISE		Nº do Certificado
			068 / 22
Emissão: 09/05/2022		Revisão 00	Página: 01 de 01

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

CÓD.	PRODUTO	MODELO	
44	AVENTAL CIRÚRGICO OFTMED	G	
LOTE	LOTE DE ESTERILIZAÇÃO	FABRICAÇÃO	VALIDADE
AVCI 004 04 22	7393	04 / 2022	04 / 2027


ANÁLISES

Teste	Especificação	Referência	Resultado
Material	Tecido não tecido SMS	Interna	Conforme
Gramatura	42,8 - 47,3 g/m ²	Fornecedor	43,30 g/m ²
Espessura	0,15 - 0,35 mm	Interna	0,26 mm
Cor	Azul	Interna	Conforme
Dimensional do corpo	Comprimento: ≥ 125 cm Largura: ≥ 135 cm	Interna	Conforme
Dimensional das mangas	Comprimento: ≥ 55 cm Largura Inf.: ≥ 30 cm Largura Sup.: ≥ 55 cm	Interna	Conforme
Quantidade de tiras	Cintura - 04 tiras Colarinho - 04 tiras	Interna	Conforme
Punho	Poliéster	Interna	Conforme
Indicadores biológicos	Controle negativo - Azul Controle positivo - Amarela	ISO 11135 - Est. prod. de atenção à saúde - Óxido de etileno	Conforme
Integrador químico	Nível 1 - Amarela Nível 2 - Verde	ISO 11135 - Est. prod. de atenção à saúde - Óxido de etileno	Conforme
Residual de Óxido de Etileno	< 25 ppm	Portaria Interministerial N°482/99	9 ppm
Esterilidade Externa do Produto	Estéril	Farmacopéia Brasileira 6ª edição - 2019	Estéril


Conclusão

ESPECIFICAÇÃO
CONFORME

STATUS DO PRODUTO
APROVADO



Lidiane Fátima Silva Nascimento
Farmacêutica Responsável Substituta
CRF-SP: 102.606



Dra. Caroline Teixeira de Barros
Farmacêutica Responsável
CRF-SP: 76.207

OFT VISION INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Rua Imbocui, 283 - Vila Moreira - Distrito Tatuapé - São Paulo - CEP: 03088-030

Telefone: (11) 2092-7023 - www.oftvision.com.br - E-mail: contato@oftvision.com.br