

	Sistema de Gestão da Qualidade		
	CERTIFICADO DE ANÁLISE		Nº do Certificado
			096 / 22
Emissão:	15/03/2022	Revisão 02	Página: 01 de 01

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

CÓD.	PRODUTO	MODELO	
77	BISTURI PARA MICROCIRURGIA OFTÁLMICA	LANCE TIP KNIFE 15º	
LOTE	LOTE DE ESTERILIZAÇÃO	FABRICAÇÃO	VALIDADE
BL15 001 01 22	22/0321	01 / 2022	01 / 2027

ANÁLISES


Teste	Especificação	Referência	Resultado
Comprimento da haste	110,0 - 120,0 mm	Interna	115,60 mm
Diâmetro central da haste	5,50 - 6,75 mm	Interna	6,73 mm
Material da lâmina	Aço inox	Interna	conforme
Modelo da lâmina		Interna	conforme
Proteção da lâmina	Estojo plástico	Interna	conforme
Residual de Óxido de Etileno	< 25 ppm	Portaria Interministerial Nº482/99	10 ppm
Esterilidade Externa do Produto	Estéril	Farmacopéia Brasileira 6ª edição - 2019	Estéril

Conclusão

ESPECIFICAÇÃO
CONFORME

STATUS DO PRODUTO
APROVADO


 Dra. Lidiane Fátima Silva Nascimento
 Farmacêutica Responsável Substituta
 CRF-SP: 102.606


 Dra. Caroline Teixeira de Barros
 Farmacêutica Responsável
 CRF-SP: 76.207

OFT VISION INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Rua Imbocui, 283 - Vila Moreira - Distrito Tatuapé - São Paulo - CEP: 03088-030

Telefone: (11) 2092-7023 - www.oftvision.com.br - E-mail: contato@oftvision.com.br