	Sistema de Gestão da Qualidade		
	CERTIFICADO DE ANÁLISE		Nº do Certificado
			099 / 22
Emissão:	22/07/2022	Revisão 01	Página: 01 de 01

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

CÓD.	PRODUTO	APRESENTAÇÃO	
61	OFTSOL	BOLSA TIPO PVC FLEX-BAG - 500,0 ML	
LOTE	LOTE DE ESTERILIZAÇÃO	FABRICAÇÃO	VALIDADE
BSS5 002 03 22	-	03 / 2022	03 / 2024


ANÁLISES

Teste	Especificação	Referência	Resultado
Organoléptico	Líquido límpido e incolor	United States Pharmacopeia 31ª edição – 2008	Conforme
pH	7,0 - 7,7	United States Pharmacopeia 31ª edição – 2008	7,20
Volume	500 - 520 mL	United States Pharmacopeia 31ª edição – 2008	500,00 mL
Esterilidade do Produto	Estéril	United States Pharmacopeia 31ª edição – 2008	Estéril
Endotoxinas Bacterianas "In vitro"	<0,5 U.E./mL	United States Pharmacopeia 31ª edição – 2008	<0,5 U.E./mL


Conclusão

ESPECIFICAÇÃO
CONFORME

STATUS DO PRODUTO
APROVADO



Dra. Lidiane Fátima Silva Nascimento
Farmacêutica Responsável Substituta
CRF-SP: 102.606



Dra. Caroline Teixeira de Barros
Farmacêutica Responsável
CRF-SP: 76.207

OFT VISION INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Rua Imbocui, 283 - Vila Moreira - Distrito Tatuapé - São Paulo - CEP: 03088-030

Telefone: (11) 2092-7023 - www.oftvision.com.br - E-mail: contato@oftvision.com.br

