

	Sistema de Gestão da Qualidade		
	CERTIFICADO DE ANÁLISE		Nº do Certificado
			008 / 22
Emissão:	13/01/2022	Revisão 03	Página: 01 de 01

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

CÓD.	PRODUTO	APRESENTAÇÃO	
74	INJETOR DESCARTÁVEL	CONJUNTO COMPLETO - 2,8 MM	
LOTE	LOTE DE ESTERILIZAÇÃO	FABRICAÇÃO	VALIDADE
IN28 001 01 22	22/0042	01 / 2022	01 / 2024

ANÁLISES


Teste	Especificação	Referência	Resultado
Comprimento total do injetor	130,0 - 150,0 mm	Interna	144,50 mm
Abertura para encaixe do cartucho	2,3 - 2,4 mm	Interna	2,40 mm
Altura do encaixe do cartucho	15,0 - 16,0 mm	Interna	15,90 mm
Diâmetro da ponteira de silicone	2,5 - 2,7 mm	Interna	2,64 mm
Diâmetro externo da ponta do cartucho	~ 2,8 mm	Interna	2,80 mm
Residual de Óxido de Etileno	< 25 ppm	Portaria Interministerial Nº482/99	6 ppm
Esterilidade Externa do Produto	Estéril	Farmacopéia Brasileira 6ª edição - 2019	Estéril

Conclusão

ESPECIFICAÇÃO
CONFORME

STATUS DO PRODUTO

APROVADO



Lidiane Fátima Silva Nascimento
Farmacêutica Responsável Substituta
CRF-SP: 102.606



Dra. Caroline Teixeira de Barros
Farmacêutica Responsável
CRF-SP: 76.207

OFT VISION INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Rua Imbocui, 283 - Vila Moreira - Distrito Tatuapé - São Paulo - CEP: 03088-030
Telefone: (11) 2092-7023 - www.oftvision.com.br - E-mail: contato@oftvision.com.br