	<b>Sistema de Gestão da Qualidade</b>		
	<b>CERTIFICADO DE ANÁLISE</b>		Nº do Certificado
			051 / 22
Emissão:	18/04/2022	Revisão 04	Página: 01 de 01

**IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO**

CÓD.	PRODUTO	APRESENTAÇÃO	
52	OFTVISC 2%	SERINGA - 1,5 ML	
LOTE	LOTE DE ESTERILIZAÇÃO	FABRICAÇÃO	VALIDADE
ME2S 006 04 22	REPROVADO	04 / 2022	04 / 2024


**ANÁLISES**

Teste	Especificação	Referência	Resultado
Organoléptico	Gel límpido e incolor	European Pharmacopoeia 9th edition - 2019	Conforme
Densidade	~ 1,0 g/ml	Farmacopéia Brasileira 6ª edição - 2019	1,01 g/mL
pH	5,0 - 8,0	European Pharmacopoeia 9th edition - 2019	7,13
Volume	1,5 - 2,0 mL	Interna	0,00 mL
Viscosidade	3.000 - 5.600 mPa.s	Interna	8.150 mPa.s
Esterilidade do Produto	Estéril	Farmacopéia Brasileira 6ª edição - 2019	0
Endotoxinas Bacterianas "In vitro"	<116 U.E./mL	Farmacopéia Brasileira 6ª edição - 2019	0 U.E./mL
Residual de Óxido de Etileno	< 25 ppm	Portaria Interministerial Nº482/99	0 ppm
Esterilidade Externa do Produto	Estéril	Farmacopéia Brasileira 6ª edição - 2019	0
Teor	1,7 - 2,3 %	United States Pharmacopoeia 42 - NF 37 - 2019	0,00%

**Conclusão**

ESPECIFICAÇÃO
CONFORME

STATUS DO PRODUTO
<b>REPROVADO</b>



Lidiane Fátima Silva Nascimento  
Farmacêutica Responsável Substituta  
CRF-SP: 102.606



Dra. Caroline Teixeira de Barros  
Farmacêutica Responsável  
CRF-SP: 76.207

**OFT VISION INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**

Rua Imbocui, 283 - Vila Moreira - Distrito Tatuapé - São Paulo - CEP: 03088-030  
Telefone: (11) 2092-7023 - www.oftvision.com.br - E-mail: contato@oftvision.com.br