	<b>Sistema de Gestão da Qualidade</b>		
	<b>CERTIFICADO DE ANÁLISE</b>		Nº do Certificado
			315 / 24
Emissão:	12/12/2024	Revisão 03	Página: 01 de 01

**IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO**

CÓD.		PRODUTO	APRESENTAÇÃO	
70		OFTRYPAN 0,1%	FRASCO AMPOLA - 1,0 ML	
LOTE	LOTE DE ESTERILIZAÇÃO	FABRICAÇÃO	VALIDADE	
ATFA0051124	24/3857	11 / 2024	11 / 2026	

**ANÁLISES**


Teste	Especificação	Referência	Resultado
Organoléptico	Solução límpida azul escura	The Merck Index 15ª edição - 2013	Conforme
Densidade	~ 1,0 g/ml	European Pharmacopoeia 10ª edição - 2020	1,00 g/mL
pH	7,5 - 8,5	Interna	7,93
Volume	1,0 - 1,5 mL	Interna	1,22 mL
Esterilidade do Produto	Estéril	United States Pharmacopeia 42 - NF 37 - 2019	Estéril
Endotoxinas Bacterianas "In vitro"	<350 U.E./mL	United States Pharmacopeia 42 - NF 37 - 2019	<350 U.E./mL
Residual de Óxido de Etileno	< 25 ppm	Portaria Interministerial Nº482/99	4,00 ppm
Esterilidade Externa do Produto	Estéril	Farmacopéia Brasileira 6ª edição - 2019	Estéril
Teor	0,09 - 0,11 %	Interna	0,09%

**Conclusão**

ESPECIFICAÇÃO
CONFORME

STATUS DO PRODUTO
<b>APROVADO</b>

  
 Dr. Ransmully Mendonça Alves  
 Farmacêutico Responsável Substituto  
 CRF-SP: 97.137

  
 Dra. Lidiane Fátima Silva Nascimento  
 Farmacêutica Responsável  
 CRF-SP: 102.606

**OFT VISION INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**

Rua Imbocui, 283 - Vila Moreira - Distrito Tatuapé - São Paulo - CEP: 03088-030  
 Telefone: (11) 2092-7023 - www.oftvision.com.br - E-mail: contato@oftvision.com.br