

	Sistema de Gestão da Qualidade		
	CERTIFICADO DE ANÁLISE		Nº do Certificado
			002 / 25
Emissão: 03/01/2025		Revisão 03	Página: 01 de 01

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

CÓD.	PRODUTO	APRESENTAÇÃO	
58	Oftfluor 20% - F/A	FRASCO AMPOLA - 5,0 ML	
LOTE	LOTE DE ESTERILIZAÇÃO	FABRICAÇÃO	VALIDADE
FA200051224	-	12 / 2024	12 / 2026

ANÁLISES

Teste	Especificação	Referência	Resultado
Organoléptico	Solução Límpida Vermelha	United States Pharmacopeia 43 - NF 38 de 2020	Conforme
Densidade	~ 1,1 g/ml	Farmacopéia Brasileira 6ª edição - 2010	1,08 g/mL
pH	8,0 - 9,8	United States Pharmacopeia 43 - NF 38 de 2020	8,64
Volume	5,0 - 5,5 mL	Interna	5,06 mL
Esterilidade do Produto	Estétil	Farmacopéia Brasileira 6ª edição - 2010	Estétil
Endotoxinas Bacterianas "In vitro"	<70 U.E./mL	United States Pharmacopeia 43 - NF 38 de 2020	<70 U.E./mL
Teor	18,0 - 22,0 %	United States Pharmacopeia 43 - NF 38 de 2020	20,57%

Conclusão

ESPECIFICAÇÃO
CONFORME

STATUS DO PRODUTO
APROVADO



Dr. Ransmully Mendonça Alves
Farmacêutico Responsável Substituto
CRF-SP: 97.137



Dra. Lidiane Fátima Silva Nascimento
Farmacêutica Responsável
CRF-SP: 102.606

OFT VISION INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Rua Imbocui, 283 - Vila Moreira - Distrito Tatuapé - São Paulo - CEP: 03088-030
Telefone: (11) 2092-7023 - www.oftvision.com.br - E-mail: contato@oftvision.com.br