	<b>Sistema de Gestão da Qualidade</b>		
	<b>CERTIFICADO DE ANÁLISE</b>		Nº do Certificado 288 / 24
	Emissão: 28/11/2024	Revisão 03	Página: 01 de 01

**IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO**

CÓD.	PRODUTO	APRESENTAÇÃO	
91	Injetor Desc. 2,2mm	CONJUNTO COMPLETO - 2,2 MM	
LOTE	LOTE DE ESTERILIZAÇÃO	FABRICAÇÃO	VALIDADE
IN22 004 11 24	10234	11 / 2024	11 / 2026

**ANÁLISES**


Teste	Especificação	Referência	Resultado
Comprimento total do injetor	130,0 - 150,0 mm	Interna	135,50 mm
Abertura para encaixe do cartucho	2,3 - 2,4 mm	Interna	2,35 mm
Altura do encaixe do cartucho	15,0 - 16,0 mm	Interna	15,94 mm
Diâmetro da ponteira de silicone	2,5 - 2,7 mm	Interna	2,68 mm
Diâmetro externo da ponta do cartucho	~ 2,2 mm	Interna	2,20 mm
Residual de Óxido de Etileno	< 25 ppm	Portaria Interministerial Nº482/99	5,88 ppm
Esterilidade Externa do Produto	Estéril	Farmacopéia Brasileira 6ª edição - 2019	Estéril

**Conclusão**

ESPECIFICAÇÃO
CONFORME

**STATUS DO PRODUTO**

<b>APROVADO</b>
-----------------



Dr. Ransmully Mendonça Alves  
Farmacêutico Responsável Substituto  
CRF-SP: 97.137



Dra. Lidiane Fátima Silva Nascimento  
Farmacêutica Responsável  
CRF-SP: 102.606

**OFT VISION INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**

Rua Imbocui, 283 - Vila Moreira - Distrito Tatuapé - São Paulo - CEP: 03088-030  
Telefone: (11) 2092-7023 - www.oftvision.com.br - E-mail: contato@oftvision.com.br