

	<b>Sistema de Gestão da Qualidade</b>		
	<b>CERTIFICADO DE ANÁLISE</b>		Nº do Certificado 322 / 24
	Emissão: 12/12/2024	Revisão 04	Página: 01 de 01

**IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO**

CÓD.	PRODUTO	APRESENTAÇÃO	
52	OFTVISC 2%	SERINGA - 1,5 ML	
LOTE	LOTE DE ESTERILIZAÇÃO	FABRICAÇÃO	VALIDADE
ME2S0201124	24/3857	11 / 2024	11 / 2026

**ANÁLISES**

Teste	Especificação	Referência	Resultado
Organoléptico	Gel límpido e incolor	European Pharmacopoeia 9th edition - 2019	Conforme
Densidade	~ 1,0 g/ml	Farmacopéia Brasileira 6ª edição - 2019	1,00 g/mL
pH	5,0 - 8,0	European Pharmacopoeia 9th edition - 2019	7,18
Volume	1,5 - 2,0 mL	Interna	1,84 mL
Viscosidade	3.000 - 5.600 mPa.s	Interna	4.488 mPa.s
Esterilidade do Produto	Estétil	Farmacopéia Brasileira 6ª edição - 2019	Estétil
Endotoxinas Bacterianas "In vitro"	<116 U.E./mL	Farmacopéia Brasileira 6ª edição - 2019	<116 U.E./mL
Residual de Óxido de Etileno	< 25 ppm	Portaria Interministerial Nº482/99	4,00 ppm
Esterilidade Externa do Produto	Estétil	Farmacopéia Brasileira 6ª edição - 2019	Estétil
Teor	1,7 - 2,3 %	United States Pharmacopeia 42 - NF 37 - 2019	1,82%

**Conclusão**

ESPECIFICAÇÃO
CONFORME

STATUS DO PRODUTO
<b>APROVADO</b>



Dr. Ransmully Mendonça Alves  
Farmacêutico Responsável Substituto  
CRF-SP: 97.137



Dra. Lidiane Fátima Silva Nascimento  
Farmacêutica Responsável  
CRF-SP: 102.606

**OFT VISION INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**

Rua Imbocui, 283 - Vila Moreira - Distrito Tatuapé - São Paulo - CEP: 03088-030  
 Telefone: (11) 2092-7023 - www.oftvision.com.br - E-mail: contato@oftvision.com.br